



ÉMI-TÜV

Értéket teremtünk.
Bizalmat építünk.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
KERMI Osztály

Budapest, 2020.02.04.

Azonosító szám: R-1449355-1
Oldal: 1/2

Megbízó neve: POLITOOL Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.

Megbízás kelte: 2020.01.02.

Vizsgált minta megnevezése: UltraMist SOLUTION



A mintát a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre.

Megbízás tárgya: baktericid hatás vizsgálata

Minta beérkezésének kelte: 2020.01.02.

Vizsgálat végzésének időpontja: 2020.01. 02.-2020.02.04.

Dokumentáció: nem mellékeltek



NAH-1-1351/2015
VIZSGÁLÓLABORÁTORIUM

Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált minta/eszköz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához az ÉMI-TÜV SÜD Kft. írásos engedélye szükséges.

Cg.: 13-09-072640
Adószám: 10687105-2-13
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000068-72970003

Ügyvezető:
Madaras Botond

Telefon: +36/1 210 9570
Telefax: +36/1 314 3820
www.emi-tuv.hu



ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
KERMI Osztály
H-1043 Budapest
Dugonics u. 11.



ÉMI-TÜV

Vizsgálati eredmények:

Baktericid, hatás vizsgálat:

Vizsgálati módszer:

MSZ EN 1276:2010 sz. szabvány

UltraMis Solution koncentráció:

hígítás nélkül

Hőmérséklet:

szobahőmérséklet

Hatásidő:

10 perc

Szerves anyag terhelés:

3 g/l szérum albumin

Neutralizáló oldat:

Polysorbat 80 : 3 %

Lecitin: 0,3 %

Saponin: 3 %

Baktericid hatás:

Mikroorganizmusok	Kontroll élőcsíraszám (CFU/ml) 48h	Fertőtlenítés utáni élőcsíraszám (CFU/ml) 48h	Ig R 48h	Követelmény Ig R
Staphylococcus aureus ATCC 6538	1,5x10 ⁸	2,2 x 10 ¹	6,84	≥5
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	1,5x10 ⁸	1,9 x 10 ¹	6,90	≥5
Enterococcus hirae ATCC 10541	1,5x10 ⁸	3,1 x 10 ¹	6,69	≥5
Escherichia coli ATCC 8739	1,5x10 ⁸	1,8 x 10 ¹	6,93	≥5

Értékelés: az „UltraMis Solution” elnevezésű termék baktericid hatása megfelelő.

A mintát a vizsgálatokhoz felhasználtuk.



ÉMI-TÜV SÜD Kft.
KERMI Osztály

Schein Miklós

Schein Miklós
Vizsgáló szakértő

Varjú András

Varjú András
Osztályvezető

Magasházy György

Magasházy György
Vizsgáló szakértő